

Collaboration — Max-Planck-Institut für Physik, Föhringer Ring 6, 80805 München

The GERDA (Germanium Detector Array) experiment is designed to search for neutrinoless double-beta decay of ^{76}Ge . Germanium detectors enriched in ^{76}Ge will be submerged in pure liquid argon.

The cryogenic liquid is used as cooling liquid for the detectors and as shielding against gamma radiation.

Several test facilities are currently under construction at the MPI Munich. Prototype Germanium detectors are tested in conditions close to the experimental setup of GERDA. Detector parameters are determined in a specialized vacuum teststand as well as directly in liquid argon.

A new vacuum teststand named Galatea is under construction. It will be used to expose germanium detectors to α - and β -particles and study their response to surface events. This yields information about dead layers and the response to surface contaminations.

T 215.5 Di 17:45 INF 306 SR 14

Photon identification in double beta decay-experiments using segmented germanium detectors — •KEVIN KRÖNINGER, IRIS ABT, ALLEN CALDWELL, MANUELA JELEN, DANIEL LENZ, JING LIU, XIANG LIU, BELA MAJOROVITS, and JENS SCHUBERT for the GERDA-Collaboration — Max-Planck-Institut für Physik (Werner-Heisenberg-Institut), Föhringer Ring 6, D-80805 München

The sensitivity of experiments searching for neutrinoless double beta-decay of ^{76}Ge is limited by background due to γ -radiation. The GERMANIUM Detector Array, GERDA, is a new experiment for which new background reduction techniques are developed. In the second phase of the experiment segmented detectors will be installed. The segmentation facilitates the identification of events with photons in the final state.

The volume over which energy is deposited inside a detector depends on the incident particle. Photons with an energy around 1 MeV predominantly Compton-scatter and deposit energy on a cm-scale. In contrast, electrons with similar energies deposit energy locally on a mm-scale. For the segmentation scheme under study anti-coincidence requirements between the segments of a detector can be used to identify photons. In addition, the time structure of detector responses gives complementary information on the spread of energy inside the detector and thus allows further identification of photon events.

Data was taken with a GERDA prototype detector and analyzed with respect to the potential of photon identification. The results are presented and the impact for GERDA is discussed.

T 215.6 Di 18:00 INF 306 SR 14

Neutron interactions with segmented germanium detectors studies with a GERDA Phase II prototype detector — •JING LIU, IRIS ABT, ALLEN CALDWELL, MANUELA JELEN, KEVIN KRÖNINGER, DANIEL LENZ, XIANG LIU, BELA MAJOROVITS, and JENS SCHUBERT — Max-Planck-Institut für Physik, Föhringer Ring 6, 80805 München

The GERmanium Detector Array, GERDA, is designed to search for “neutrinoless double beta decay” ($0\nu2\beta$) with Germanium detectors enriched in ^{76}Ge . The estimate of neutron induced background relies purely on Geant4 simulations.

In order to study neutron interactions with the Germanium itself as well as the surrounding materials, a prototype detector for GERDA Phase II with 18 segments was exposed to an AmBe neutron source. The simulated results from the Geant4-based MaGe MC package agree in general with the measurements, thus verifying the MC used. The Geant4 package is able to simulate most de-excitation photons from the Germanium isotopes and the nuclei recoil process after interacting with neutrons. However, some physics processes are missing in the simulation.

T 215.7 Di 18:15 INF 306 SR 14

Die kondensierte ^{83m}Kr -Quelle für KATRIN — •MARUS BECK¹, HELMUT BAUMEISTER¹, JOCHEN BONN², BJÖRN HILLEN¹, HANS-WERNER ORTJOHANN¹, BEATRIX OSTRICK^{1,2}, KLAUS SCHLÖSSER³, JÜRGEN SMOLICH¹, THOMAS THÜMMLER¹, NIKITA TITOV¹, CHRISTIAN WEINHEIMER¹, MARTA UBIETO-DIAZ² und MIROSLAV ZBORIL⁴ — ¹Institut für Kernphysik, Westfälische Wilhelms-Universität Münster — ²Institut für Physik, Universität Mainz — ³Institut für Kernphysik, Forschungszentrum Karlsruhe — ⁴Nuclear Physics Institute, Rez,

Tschechien

Das KArlsruher TRItium Neutrinomassenexperiment wird bei der Bestimmung der Neutrinoruhemasse in den sub-eV Bereich vorstossen. KATRIN vermisst dazu den Endpunktsbereich des Tritium Beta-Zerfalles mit einem MAC-E Filter. Fluktuationen des Filterpotentials beinflussen das Ergebnis für die Neutrinomasse und machen eine exakte Überwachung der Retardierungsspannung notwendig. Es wird eine Konversionselektronenquelle aus kondensiertem ^{83m}Kr präsentiert, die eine kontinuierliche Langzeitüberwachung der Retardierungsspannung im Zusammenspiel mit dem KATRIN Monitorspektrometer ermöglichen soll. Testmessungen mit dieser Quelle über ein Jahr zeigen eine Reproduzierbarkeit im ppm-Bereich.

Gefördert durch das BMBF unter dem Kennzeichen 05CK5MA/0, die DFG und das virtuelle Institut VIDMAN der HGF.

T 215.8 Di 18:30 INF 306 SR 14

Energiekalibration von KATRIN — •THOMAS THÜMMLER¹, FRANK HOCHSCHULZ¹, RAINER MARX², NIKITA TITOV¹ und CHRISTIAN WEINHEIMER¹ für die KATRIN-Kollaboration — ¹Institut für Kernphysik, Westfälische Wilhelms-Universität Münster — ²Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Braunschweig

Beim KArlsruher TRItium Neutrinomassenexperiment soll die Endpunktregion des Tritium- β -Spektrums mit hoher Präzision vermessen werden, um eine direkte Bestimmung der Masse des Elektron-Antineutrinos mit Sub-eV Sensitivität durchzuführen. Hierzu wird ein hochauflösendes elektrostatisches Spektrometer mit magnetischer adiabatischer Kollimation (MAC-E-Filter) eingesetzt. Das Retardierungspotential des Spektrometers muss auf ppm-Niveau überwacht werden, was durch einen hochpräzisen Spannungsteiler in Kombination mit monoenergetischen Eichquellen realisiert wird. Unterstützt durch die PTB Braunschweig, wurde dazu ein neuer Spannungsteiler entwickelt und an der Uni Münster aufgebaut. Dieser wurde an der PTB bis 35 kV kalibriert und mit einer ^{83m}Kr -Quelle in Mainz getestet. Das Mainzer Spektrometer wurde dabei so modifiziert, dass es in Zukunft als KATRIN Monitorspektrometer parallel zum Spannungsteiler das Retardierungspotential überwachen kann. Der Aufbau und die aktuellen Kalibrationsergebnisse des Spannungsteilers zur Langzeitstabilität und die Modifikationen am Mainzer Spektrometer werden vorgestellt.

Gefördert durch das BMBF unter Kennzeichen 05CK5MA/0 und durch das virtuelle Institut VIDMAN der HGF.

T 215.9 Di 18:45 INF 306 SR 14

Die Drahtelektrode des KATRIN Hauptspektrometers — •KATHRIN VALERIU¹, FERENC GLÜCK², KAREN HUGENBERG¹, SEBASTIAN VÖCKING¹ und CHRISTIAN WEINHEIMER¹ für die KATRIN-Kollaboration — ¹Institut für Kernphysik, Westfälische Wilhelms-Universität Münster — ²Institut für Experimentelle Kernphysik, Universität Karlsruhe (TH)

Beim KArlsruher TRItium Neutrinomassenexperiment soll die Endpunktregion des Tritium- β -Spektrums mit hoher Präzision vermessen werden, um eine direkte Bestimmung der Masse des Elektron-Antineutrinos im Sub-eV-Bereich durchzuführen. Hierzu wird ein hochauflösendes elektrostatisches Spektrometer mit magnetischer adiabatischer Kollimation (MAC-E-Filter) eingesetzt.

Der 23 m lange und 10 m durchmessende Ultrahochvakuumbehälter des Hauptspektrometers ist fertiggestellt und wird zur Reduzierung der Untergrundkomponente, welche durch radioaktive Einschlüsse in der Stahlhülle des Spektrometers oder durch kosmische Myonen entsteht, mit einer abschirmenden Drahtelektrode ausgekleidet werden. In diesem Vortrag werden die Anforderungen an diese Innenelektrode vorgestellt. Die technische Realisierung in Form eines doppelagigen, modularen Drahtelektrodensystems wurde in Computersimulationen getestet, deren Ergebnisse hier präsentiert werden. Die Module der Drahtelektrode werden in Münster gefertigt und zur Installation zum Forschungszentrum Karlsruhe transportiert werden.

Gefördert durch das BMBF unter dem Kennzeichen 05CK5MA/0 und durch das Virtuelle Institut VIDMAN der HGF.

T 215.10 Di 19:00 INF 306 SR 14

Produktion und Qualitätssicherung der Drahtelektrode des KATRIN Hauptspektrometers — •MATTHIAS PRALL, HELMUT BAUMEISTER, ALEXANDER GEBEL, VOLKER HANNEN, RAPHAEL JOEREN, HANS-WERNER ORTJOHANN, MARTINA REINHARDT, KIM TEMMING und CHRISTIAN WEINHEIMER für die KATRIN-Kollaboration — Institut für Kernphysik Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Das Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment wird die effektive Masse